


RENS 1214

Tetrode

Hauptinstrument
Bereich



30mA

A 200 Volt

Sollwert: 6 mA

U_{III} 100 Volt

G₂

U_I 2 Volt

G₁

K

F

F

Heizung: 4 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25