


RV 12 P 2000

Pentode

Hauptinstrument
Bereich



● **3 mA**

● A 210 Volt

Sollwert: 2 mA

● ● ●

● U_{III} 75 Volt

● G_2

● U_I 2,3 Volt

● G_1

● G_3

● K

● F

Heizung: 12,6 Volt ● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25