


# UBC 41 Duodiode - Triode

Hauptinstrument  
Bereich



● **1,2 mA**

A 10 Volt

● DI

● DI

**Sollwert: 0,6 mA**

Prüfung „II System“  
Taste drücken



● F

● K

Heizung: 12,6 Volt / 100 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25