

Betriebsdaten:
 Typical operation:
 Exemple d'utilisation:

7 B 6	7 C 6
U_f . . . 6,3	. 6,3 V
I_f . . . 0,3	. 0,15 A
I_a . max 1	. . 1 mA

Prüfdaten:
 Test operation:
 Vérification:

U_f . . .	6,3 V~
U_a . . .	10 V~

Röhre hat **2 Systeme**.
 Das 2. System ist in
 Stellung **11** zu messen
 2. System is measurable
 in position 11
 2. System est à essayer
 en position 11

479

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 55

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_f . . . 7	. . 7 V
I_f . . . 0,32	. 0,16 A
U_{fk} . . . 90	. . 90 V

7 B 6

7 B 6-GL

7 B 6-LM

7 X 7

7 X 7-GL

7 C 6

7 C 6-GL

Triode + Duodiode
 Karte 478 + Karte 479

Triode + Duodiode
 Karte 802 + Karte 479

Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon

