



Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

RGN 354/G 425	373
U_f . . . 4	. . . 4 V
I_f . . . 0.3	. . . 1 A
U_a . max 250	. 220 V _{eff}
I_a . max 25	. . 40 mA

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 4 V_~
 U_a . . . 30 V_~

99

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 9. 54.

Telefunken
RGN 354

Valvo
G 345

Tungsram
V 430
V 475

Philips
1810
373

G 425

Einweg-Gleichrichter / Half wave rectifier / Redresseur monoplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

