

12 SC 7

1634

VT 268

Duo-Triode

Hauptinstrument


Bereich

● 3mA

● A_{II} A 250 Volt

● A_I

Sollwert: 2mA



● U_{II} 2 Volt

● G_{II}

● U_I 2 Volt

● G_{I}

● M

● K

● F

● F

Heizung: 12,6 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25