


25 Z 6 Zweiweg-Gleichrichter

25 Z 6 G

25 Z 6 GT

25 Z 6 GT/G

25 Z 6 MG



Hauptinstrument
Bereich

30mA

Grobstufe „A“ 150 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

Sollwert: 25mA

Achtung! Diese Karte nur für
Röhren mit Octal-Sockel!
Für Röhren mit USA-6 Stift-Sockel
Karte 25Z5 verwenden!

Prüfung „II. System“
Taste drücken



M



KII



KI



F

Heizung: 25 Volt/300mA



F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25