


2 E 26

Pentode

Hauptinstrument
Bereich



A 500 Volt

30mA

A ●

Sollwert: 22 mA

●

●

●

● U_{III} 125 Volt

● G_2

● U_I 15 Volt

● G_1

● K, G_3

● K, G_3

● K, G_3

F ●

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25