


36 - Triode

36 A

VT 36

Hauptinstrument
Bereich

● 6mA



● A 250 Volt

Sollwert: 3,2 mA

● U_{III} 90 Volt

● G₂

● U_I 3 Volt

G₁

● K

F ●

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25