


5 X 4 G

Zweiweg-Gleichrichter

Hauptinstrument
Bereich



● **120 mA**

Grobstufe „A“ 300 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!



Prüfung „II. System“
Taste drücken!



Sollwert: 65 mA

Heizung: 5 Volt



Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25