


6 B 4 G

Triode

Hauptinstrument
Bereich



60mA

● A 250 Volt

Sollwert: 60mA

● U_T 45 Volt

● G_1

● F

F ● Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25