



6 HF 8 Pentode Triode



A 200 V

J_A - Bereich

30 mA

J_A 25 mA

U_I

2 V

U_{III}

126 V

K_T

G_{IT}

A_T

K_P

G_{1P}

G_{2P}

F

F

Heizung 6.3 Volt

Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
U_I	G_1	2,0	-V
U_{II}	G_3	-V	
U_{III}	G_2	126	V
U_{IV}	G_4	V	
A		200	V

Richtströme

J_A	25	mA
J_{G_2}	7	mA
S	12,5	mA/V

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte