



6 Q 5 G Thyratron



Oktal-K8A



J_A - Bereich

A
●
200 V

●
30

U_I
●
20 V

G₁
●



Zündeinsatzprüfung

R _A	20	kΩ
R _G	250	kΩ
A	200	V
U _I	20	V
U _Z	15	V
J _A	15	mA

Achtung! Prüfanweisung für Thyratrons beachten.

Heizung 6,3Volt

K
●

F
●

F
●