


# AB 2 Duodiode



DII

A 10 Volt

DI

Hauptinstrument  
Bereich

1,2 mA

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „II. System“  
Taste drücken !

K

F

Heizung: 4 Volt

F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25