

CK 1 Oktode

Hauptinstrument
Bereich

Sollwert: 1,6 mA

● 3 mA

● A 200 Volt

● U_{II} 1,5 Volt

G₄ ●

● U_{IV} 70 Volt

● G₃₊₅

●

●

●

● U_{III} 90 Volt

● G₂

● U_I 4 Volt

● G₁

● K

F ●

Heizung: 13 Volt / 200 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25

