


DK 92

Heptode

Hauptinstrument
Bereich

Sollwert: 0,6 mA

● **1,2 mA**



● A 25 Volt

● U_{IV} 60 Volt

● G4

● U_{II} 1,5 Volt

● G3

● U_{III} 30 Volt

● G2

● U_I 1,5 Volt

● G1

● F

Heizung: 1,4 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25