


EB 1 Duodiode

Hauptinstrument
Bereich

1,2mA



A 10 Volt

DII ● ●

DI ●

Sollwert: 0,8mA

● ● ●

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25