


EB 11

Duodiode



Hauptinstrument

Bereich

1,2 mA

DI ●
DI ● A 10 Volt

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!

KII ● ● KI

F ●
Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25