


EB 41

Duodiode

Hauptinstrument
Bereich

1,2mA




● DI
A 10 Volt

● DI

Sollwert: 0,8mA

Prüfung: II. System'
Taste drücken!



● F

● KI

● KI

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25