


EDD 11 Duo-Triode

Hauptinstrument
Bereich

6mA



A_{II} ● A 250 Volt

A_I ●

Sollwert: 3,5mA

● U_{II} 6,3 Volt

● G_{1II}

● U_I 6,3 Volt

● G_{1I}

● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25