


EF 40

Pentode

Hauptinstrument
Bereich

● **6mA**



● *A 250 Volt*

Sollwert: 3mA

● *U_{III} 140 Volt*

● *U_I 2 Volt*

● *G₂*

● *G₁*

● *G₃*

● *K*

● *F*

Heizung: 6,3 Volt

● *F*

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25