


# EK 3

# Oktode

Hauptinstrument  
Bereich



## Sollwert: 2,5 mA

● 3 mA

● A 250 Volt

●  $U_{II}$  2,5 Volt

G4 ●

●  $U_{IV}$  100 Volt

● G3+5

●

●

●

●  $U_{III}$  100 Volt

● G2

●  $U_I$  4 Volt

● G1

● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25