


# EL 156 Pentode

Hauptinstrument  
Bereich



A 400 Volt

300 mA

Sollwert: 120 mA (75 mA)

$U_{II}$  350 Volt

$U_I$  16 Volt (20 Volt)

F Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25