


EZ 1

Zweiweg-Gleichrichter



Hauptinstrument
Bereich

60 mA

AII
Grobstufe „A“ 250 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

Sollwert: 40 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



F

Heizung: 6,3 Volt

K

F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25