


# EZ 11 Zweiweg-Gleichrichter



Hauptinstrument  
Bereich

**60 mA**

**A<sub>II</sub>** ●

Grobstufe „A“ 250 Volt

Feinregelung „A“ ganz rechts!

**A<sub>I</sub>** ●

**Sollwert: 40 mA**

Prüfung „II. System“  
Taste drücken!



**F** ●

● **K**

Heizung: 6,3 Volt

● **F**

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25