

# K 31 A

## RAUSCHDIODE

### K 81 A

-F

-F

A A A

eventuell Kontrollinstrument  
anschießen



100 V

# J<sub>A</sub> 15 mA

F F F




Heizung 1,85 Volt

genau einhalten

F F F



Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte



Neval 89A

J<sub>A</sub> - Bereich

30

### Meßspannungen

Heizung	F	1,85	V
U <sub>I</sub>			-V
U <sub>II</sub>			-V
U <sub>III</sub>			V
U <sub>IV</sub>			V
A		100	V

### Richtströme

J <sub>A</sub>		15	mA
J <sub>G<sub>2</sub></sub>			mA
S			mA/V