


**KC 4** Triode

Hauptinstrument  
Bereich



● **3mA**

● A 135 Volt

**Sollwert: 2,2 mA**

●  $U_I$  1,5 Volt

● G<sub>1</sub>

F ●

Heizung: 2 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25