


# QEL 1/150

# Tetrode



EG 120

4 X 150 A

$J_A$  - Bereich

$J_A$  **37** mA

Achtung: Prüfung nur auf Spezialadapter!

A

350V

60

$U_{III}$

$G_2$

$U_I$

$G_1$

Meßspannungen

Heizung

F

6

V

$U_I$

$G_1$

30

-V

$U_{II}$

-V

$U_{III}$

$G_2$

200

V

$U_{IV}$

V

A

350

V

Richtströme

$J_A$

37

mA

$J_{G_2}$

mA

S

mA/V

200V

30V

K

K

K

K

F

F

Vorsicht!

Hochspannung an den Elektroden

Heizung 6 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte