


RE 074 d Raumladegitter-Röhre

Hauptinstrument
Bereich



● 6mA

● A 16 Volt

Sollwert: 2,4 mA

● U_I 1,5 Volt

● G_1

● U_{III} 16 Volt

RG ●

● F

Heizung: 4 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25