


RGN 1503

Zweiweg-Gleichrichter

*Hauptinstrument
Bereich*



● AII

● AI

Grobstufe „A“ 300 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

● **60mA** ●

Sollwert: 45mA

*Prüfung „II. System“
Taste drücken!*



● F

● F

Heizung: 2,5 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25