


RGN 1882

Zweiweg-Gleichrichter

Hauptinstrument
Bereich

60 mA



● **A II**

● **A I**

Grobstufe „A“ 300 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

Sollwert: 45 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



F ●

Heizung: 5 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25