


RGN 4004

Zweiweg-Gleichrichter

Hauptinstrument
Bereich



A_I ●

A_{II} ●

Grobstufe „A“ 300 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

● 120 mA

Sollwert: 75 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● F

Heizung: 4 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25