

E3a II Pentode

Hauptinstrument
Bereich



60mA ●

● A 250 Volt

Sollwert: 36mA

● ● ●

● U_{III} 250 Volt

● G_2

● U_I 15 Volt

● G_1

● F Heizung: 4 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25